

## キトサム100

## 再使用禁止

## 禁忌・禁止

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

## ①形状、構造

製品名	キトサム 100 04 止血包帯	キトサム 100 06 止血包帯	キトサム 100 10 止血包帯
製品番号	CTS100-04	CTS100-06	CTS100-10
サイズ	10cmx10cm	7.6cmx1.83m	7.6cmx3.05m
重さ	8g	24g	32g
原材料	キ ト サ ム		
形状			
			

## ②原理

出血部位を覆うと、プラス電荷されたキトサムがマイナス電化された血小板・赤血球と結合し、さらに血液を吸収し、血餅を形成する。  
形成された血餅が出血部位を塞ぎ出血を止める。

## 【使用目的・効能又は効果】

創傷の出血を止血するために使用する。

## 【操作方法又は使用方法等】

1. 創傷の面積・出血量に適したキトサムを選択する。
2. キトサムで創傷を覆うか、創傷が深い場合は押し込む。
3. 出血が止まるまで、3分間しっかり圧迫する。  
包帯を巻いて創傷への圧迫を維持する。

キトサムを取り除く時、キトサムが少し残った場合は、滅菌された生理食塩水か水ですすぐ。

## 【使用上の注意】

- ・包装が開封、破損している場合は使用しないこと。
- ・包装に使用期限表示のないもの、使用期限後のものは使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用し、使い切ること。
- ・眼には使用しないこと。
- ・使用後は出来るだけ早く医師の処置を受けること。
- ・正規の医療処置を行う時は事前に凝固血類を完全に取り除くこと。

## 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ・室温にて保管
- ・使用期限:パウチパックに表示

## 【包装】 1個単位

## 【文献請求先】

アコードインターナショナル株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4-1005

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元:アコードインターナショナル株式会社  
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-9-4  
TEL: 03-3299-6751 FAX: 03-3299-6752

製造業者: ザ・シーバーク・カンパニー  
(アメリカ・オレゴン州)  
The Seaberg Company, Inc.